

Протокол №36

о результатах осуществления закупа товара способом запроса ценовых предложений

г. Астана

«30» апреля 2024 года

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астаны провело закуп товаров на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила) способом запроса ценовых предложений.

1. Перечень закупаемых товаров, краткая характеристика (описание), количество, сумма, выделенная для закупок, а также информация о ценовых предложениях потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения в установленные сроки, приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2. До истечения окончательного срока представления конвертов с ценовыми предложениями, указанного в объявлении (до 11:00 ч. «25» апреля 2024 года), ценовые предложения предоставлены следующими потенциальными поставщиками:

№ лота	Наименование поставщика	Потенциального поставщика	Дата и время предоставления ценового предложения
1.	ТОО «Формат НС»		«23» апреля 2024 года 09:07 часов
2.	ИП «Инфинити сервис»		«23» апреля 2024 года 15:40 часов
3.	ИП «Раисов Нурлан Еркинович»		«25» апреля 2024 года 09:17 часов
4.	ТОО «DG Trade»		«25» апреля 2024 года 09:43 часов

3. Уполномоченные представители потенциальных поставщиков, принимавшие участие на процедуре вскрытия конвертов: нет.

4. В ходе рассмотрения представленных документов отклонены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

ИП «Инфинити сервис» по лотам № 1, 2, в нарушение пункта 75 Правил не представлен документ, подтверждающий наличие регистрации предлагаемых к поставке товаров в Республике Казахстан;

ИП «Раисов Нурлан Еркинович» по лотам №1, 2, в нарушение пункта 75 Правил не представлено разрешение, подтверждающее право физического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое посредством лицензирования или разрешительной процедуры;

5. В ходе рассмотрения представленных документов ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков определены соответствующими требованиям объявления:

ТОО «Формат НС»;  
ТОО «DG Trade».

6. По результатам рассмотрения ценовых предложений потенциальных поставщиков Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астаны РЕШИЛО:

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

признать победителями закупок и заключить договор со следующими потенциальными поставщиками:

- по лотам №1, 2 ТОО «DG Trade» (г. Астана, район Алматы, ул. Жанайдара Жирентаева, здание 18) на общую сумму 1 379 485,00 (один миллион триста семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят пять) тенге.

7. Отделу государственных закупок обеспечить размещение настоящего протокола на интернет-ресурсе Заказчика в соответствии с Правилами.

**Председатель комиссии:**

Бабанов Ж.Н.

**Члены комиссии:**

Кумаров К.Ж.

Байдюсен С.А.

Жантурин Н.Б.

**Секретарь комиссии:**

Кумекова А.О.

Four handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names. Each signature is written over a horizontal line. The signatures correspond to the following names: Babanov J.N., Kumarov K.J., Baidyusen S.A., and Kumeikova A.O.

Перечень закупаемых товаров

№ лота	Наименование (МНН)	Техническая спецификация	Ед изм	Кол-во, объём	Цена за единицу, тенге	Сумма, утвержденная для закупки, тенге	ТОО "Формат ИС"	ТОО "DG Trade"	ИП "Иффинити Сервис"	ИП "Раисов Нурлан Еркинович"	Наименование победителя закупок	Торговое наименование
1	Кислородный датчик на ИВЛ Hamilton-G5	Кислородный датчик гальванического типа для использования с аппаратами Hamilton G5 (производства Hamilton Medical). Кислородный датчик определяет концентрацию кислорода в газовой смеси, которая подается пациенту. Правильность работы подключенного кислородного датчика автоматически проверяется внутренними электронными схемами аппарата ИВЛ через регулярные интервалы. Технические характеристики: Диапазон измерений, 0-100% O2 ; Время отклика, < 12 секунд (90%). Наличие оригинальной заводской упаковки производителя.	шт	5	172 714,00	863 570,00	100 000,00	86 357,00	107 000,00		ТОО "DG Trade"	Кислородный датчик
2	Мембрана на ИВЛ Hamilton-G5	Мембрана клапана выдоха ИВЛ, Hamilton-G5/S1 для применения с крышкой клапана выдоха Атоклавируемая, для всех типов пациентов	уп	5	189 540,00	947 700,00		189 540,00	167 000,00	150 000,00	ТОО "DG Trade"	Мембрана экспираторного клапана

*Кислородный датчик на ИВЛ Hamilton-G5*