

Заключение по лоту №1 тендер «Приобретение медицинского оборудования»

№	Тех.спецификация МГБ №1	Тех.спецификация ТОО ИРВИ	Замечание
1	<p>Основной блок Хирургический вакуумный аспиратор это стационарный вакуумный экстрактор чрезвычайно высокой производительности, с высоким уровнем вакуума и большими емкостями для секрета. Используется при проведении хирургических операций, где необходимо очень быстрое удаление большого количества жидкости. Преимущества: Низкий уровень шума, Высокий уровень разряжения. Безопасность, надежность и долговечность в работе. Вместительные емкости большого объема</p> <p>Особенности: Не нуждающийся в обслуживании безмасляный компрессор высокой производительности. Емкости монтируются на панели и обеспечивают компактность и мобильность прибора.</p> <p>Вместительные емкости снабжены уплотнительным кольцом, которое обеспечивает удобство доступа. Надежная защита от переполнения емкости предотвращает попадание жидкости в компрессор.</p> <p>Шланги и уплотнительные соединения нетоксичны, сделаны из прозрачного материала, просты в использовании и легко дезинфицируются.</p> <p>Воздушные фильтры предотвращают попадание инфекционных агентов в окружающую среду.</p> <p>Ножная педаль, регулятор и кнопка управления вакуумом удобно расположены на панели рядом с манометром</p> <p>Технические характеристики: Возможности регулировки вакуума: не менее 0.02 Мпа (150 мм рт. ст.) - 0.09 Кпа (680 мм рт. ст.) Производительность: не мене 80 ± 2 л/мин Уровень шума: более 60 дБ Приемный резервуар: не менее 2 х 4000 мл + 2 х 2000мл Напряжение: не более 220 В ± 10% 50 гц Потребляемая мощность: не менее 280 ВА</p>	<p>Основной блок Хирургический вакуумный аспиратор это стационарный вакуумный экстрактор чрезвычайно высокой производительности, с высоким уровнем вакуума и большими емкостями для секрета. Используется при проведении хирургических операций, где необходимо очень быстрое удаление большого количества жидкости. Преимущества: Низкий уровень шума, Высокий уровень разряжения. Безопасность, надежность и долговечность в работе. Вместительные емкости большого объема</p> <p>Особенности: Не нуждающийся в обслуживании безмасляный компрессор высокой производительности. Емкости монтируются на панели и обеспечивают компактность и мобильность прибора.</p> <p>Вместительные емкости снабжены уплотнительным кольцом, которое обеспечивает удобство доступа. Надежная защита от переполнения емкости предотвращает попадание жидкости в компрессор.</p> <p>Шланги и уплотнительные соединения нетоксичны, сделаны из прозрачного материала, просты в использовании и легко дезинфицируются.</p> <p>Воздушные фильтры предотвращают попадание инфекционных агентов в окружающую среду.</p> <p>Ножная педаль, регулятор и кнопка управления вакуумом удобно расположены на панели рядом с манометром</p> <p>Технические характеристики: Возможности регулировки вакуума: не менее 0.02 Мпа (150 мм рт. ст.) - 0.09 Кпа (680 мм рт. ст.) Производительность: не мене 80 ± 2 л/мин Уровень шума: более 60 дБ Приемный резервуар: не менее 2 х 4000 мл + 2 х 2000мл Напряжение: не более 220 В ± 10% 50 гц Потребляемая мощность: не менее 280 ВА</p>	<p>Не соответствует Согласно пункту 51. Приказа МЗ РК от 07.06.2023 года №110: тендерная заявка должна содержать технические спецификации с указанием точных технических характеристик. Техническая спецификация " ТОО ИРВИ" содержит описания "не более", "не менее", что не соответствует пункту 51 Приказа. Определить точные характеристики предлагаемой к поставке медицинской техники не представляется возможным.</p>

	Вес: не более 25,5 кг Габариты: не более 49 x 39 x 94 см	Вес: не более 25,5 кг Габариты: не более 49 x 39 x 94 см Вес: 25,5 кг Габариты: 49 x 39 x 94 см	
2	Емкости на 2000 мл Должен быть из прочного стерилизуемого пластика.	Емкости на 2000 мл Должен быть из прочного стерилизуемого пластика.	Не соответствует Согласно пункту 51. Приказа МЗ РК от 07.06.2023 года №110: тендерная заявка должна содержать технические спецификации с указанием точных технических
			характеристик. Техническая спецификация " ТОО ИРВИ" содержит описания " должен быть ", что не соответствует пункту 51 Приказа. Определить точные характеристики
			предлагаемой к поставке медицинской техники не представляется возможным.
3	Емкости на 4000 мл Должен быть из прочного стерилизуемого пластика.	Емкости на 4000 мл Должен быть из прочного стерилизуемого пластика.	Не соответствует Согласно пункту 51. Приказа МЗ РК от 07.06.2023 года №110: тендерная заявка должна содержать технические спецификации с указанием точных

			технических характеристик. Техническая спецификация " ТОО ИРВИ" содержит описания "должен быть", что не соответствует пункту 51 Приказа. Определить точные характеристики предлагаемой к поставке медицинской техники не представляется возможным.
4	Аспирационный шланг Состоит из силикона	Аспирационный шланг Состоит из силикона	Соответствует
5	Кабель питания Состоит из медного кабеля и «вилки» под европейский стандарт.	Кабель питания Состоит из медного кабеля и «вилки» под европейский стандарт.	Соответствует

Заведующий отделением
операционного блока

Абдуалиев С.А.

Начальник отдела МО и МГ

Байлюсен С.А.

С.А. Абду